

WOJEWÓDZKA STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
w Olsztynie  
Seksja Zamówień Publicznych  
0-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16  
tel. 89 524 83 58, fax 89 679 16 97

ZP/3230/12/13

Dotyczy: dostawę aparatu Kocha, ław grzewczych cztero- i sześćo-stanowiskowych, mierników temperatury, pipety, strzykawki, pompki pipetowej, termohigrometrów, łaźni wodnej oraz aparatu filtracyjnego wraz z usługą wzorcowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

Numer ogłoszenia: 484374-2013

Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Olsztynie zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na przesłane zapytania dotyczące treści SIWZ wyżej wymienionego postępowania.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści pipetę z zakresem 200-1000ul?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 2:

Czy dopuszcza się łaźnię o wymiarach 30x24x20 cm??

Odpowiedź:

Nie, maksymalna głębokość łaźni to 15 cm

Pytanie 3:

Czy dopuszcza się łaźnię wyposażoną w stelaż z otworami o średnicy 30 mm?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się stelaż o otworach o średnicy 30 mm.

Pytanie 4:

Czy łaźnia powinna posiadać wyświetlacze LED ustawionego czasu i temperatury?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 5:

Czy łaźnia powinna być wyposażona w membranowe przyciski zabezpieczone przed zalaniem?

Odpowiedź:

Tak, jeżeli w danym modelu istnieje niebezpieczeństwo zalania wodą.

Pytanie 6:

Czy dopuszcza się łaźnię o wymiarach wanny: 24x30x15 cm?

Odpowiedź:

Tak

Z upoważnienia  
Dyrektora WSSE w Olsztynie

*mgr inż. Małgorzata Mindrow*  
Z-ca Warmińskiego Mazurskiego  
Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego