

R/22/2015

**Dotyczy: usługi przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu laboratoryjnego** o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Olsztynie i Laboratorium w Elblągu prowadzonego w oparciu o Regulamin postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych WSSE w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora WSSE w Olsztynie Nr 12/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. i 01/2015 z dnia 02 stycznia 2015 r.

### **Zadanie 1 -LBK-Przeгляд i konserwacja aparatu do monitorowania posiewów krwi**

#### **Pytanie 1:**

Czy właściwie rozumiemy, że w załączniku nr 1/1 tekst cyt. „Inne koszty nie wchodzące wartościowo w cenę przeglądu, lecz mające zastosowanie do rozliczeń finansowych w przypadku konieczności dokonywania napraw urządzenia i wymiany wyeksploatowanych części” oraz Tabela nr 2 oznaczają, że Zamawiający zawarte w Tabeli nr 2 informacje (koszty) traktuje jako niektóre, wybrane przez siebie składniki kosztów, które zostaną użyte w kalkulacji, jeżeli zajdzie konieczność dokonania nie przeglądu technicznego, ale naprawy aparatu BACTEC 9050?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia-załącznik nr 2 - Wykonawca określi wszelkie możliwe koszty związane z realizacją kompleksowej usługi przeglądu (Tabela 1) oraz koszty: robociznogodziny, jednorazowego dojazdu, podlegających ewentualnej wymianie znanych Zamawiającemu części (Tabela 2), które to koszty będą miały zastosowanie do rozliczeń finansowych w przypadku konieczności dokonywania napraw danego sprzętu laboratoryjnego. Wymienione koszty związane z ewentualnymi naprawami nie będą uwzględnione przez Wykonawcę w kosztach przedmiotowej usługi przeglądu.

Przez powyższy zapis należy rozumieć, iż koszty określone w Tabeli nr 2 będą miały zastosowanie jedynie w przypadku konieczności naprawy urządzenia zdiagnozowanej podczas wykonywania przeglądu. Zamawiający wymienił w Tabeli nr 2 części podlegające ewentualnej wymianie w ramach naprawy. W przypadku konieczności wymiany elementów innych niż wymienione w Formularzu cenowym, Tabeli 2, Wykonawca przedstawi wykaz części i materiałów niezbędny do wymiany podając ich cenę i przedstawi do akceptacji Zamawiającego.

Z upoważnienia  
Dyrektora WSSE w Olsztynie

*mgr inż. Maria Mindrow*  
Z-ca Warmińsko-Mazurskiego  
Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego